

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

Начальнику Департамента
здравоохранения ОАО «РЖД»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В.Н.Плохову

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ОАО «РЖД»»

107078, г.Москва, Новая Басманная, 5
Телефон 262-06-69, Факс 262-83-18

14.08.14г. № 553
на № _____

Уважаемый Владимир Николаевич!

На Ваше письмо 3103/ЦУВС от 13.08.14 г. об апробации физиотерапевтических аппаратов сообщаем.

Аппарат резонансно-волновой ДМВ терапии “Акватор” применяется в физиотерапевтическом отделении Центральной поликлиники ОАО “РЖД” с сентября 2014 года.

За два месяца использования прибора было пролечено 68 больных с заболеваниями:

- опорно-двигательного аппарата (артрозы, эпикондилиты, бурситы, дорсопатии шейного отдела, плече-лопаточные периартриты)
- vertebro-базиллярная недостаточность
- простудные заболевания (синуситы, бронхиты)

Лечение проводилось по 10-15 минут 1 раз в день, режим mode 2-3 в сочетании с лекарственной терапией и ЛФК.

Отрицательных и побочных результатов мы не получили. Наиболее эффективным прибор зарекомендовал себя в лечении острого процесса и обострения хронического.

Из минусов можно отметить его скромный интерфейс и то, что затруднена длительная фиксация излучателя в определенном положении, поэтому для интенсивного использования прибор необходимо доработать. Учитывая простоту и безопасность использования, отсутствие побочных явлений и ограничений по возрасту, но при этом хороший лечебный эффект, относительную дешевизну и портативность, аппарат можно рекомендовать для применения в стационарах, поликлиниках и в домашних условиях.

Директор



В.М.Абрамов